

## Liste des critères pour les laboratoires de confinement physique des niveaux de 1 à 4

Critères	Niveau de confinement physique			
	1	2	3	4
Niveau de confinement étiqueté	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de danger signalées avec symbole de danger biologique	-	Oui	Oui	Oui
Espace adéquate pour chaque salarié	Si	Oui	Oui	Oui
Pièces du laboratoire séparées par des portes	No	Oui	Oui (avec serrure)	Oui (physiquement séparé)
Accès au laboratoire à travers la sas	No	No	Facultativo	Oui
Présence d'une fenêtre d'observation ou alternative	No	Oui	Oui	Oui
Surfaces résistantes à l'eau, faciles à nettoyer et résistantes aux détergents	Oui (comptoir)	Oui (comptoir)	Oui (comptoir sol)	Oui (comptoir sol, cloison et plafond)
Équipement pour le lavage des mains	Oui	Oui	Oui	Oui
Robinets qui ne doivent pas être actionnés à la main	Facultatif	Oui	Oui	Oui
Douches pour le personnel	Facultatives	Facultatives	Facultatives	Oui (en regime de sas)
Dispositifs pour la désinfection des mains.	Facultatives	Oui	Oui	Oui
Casiers de garde-robe pour le laboratoire ou l'unité.	Facultatives	Oui	Oui	Oui
Ventilation				
- Outils pour maintenir une pression négative	No	No	Facultatifs	Oui
- Débits extraits à filtrer à l'aide d'un filtre HEPA	No	No	Oui	Oui (attraverso 2 filtri HEPA)
Air entrant à filtrer à l'aide d'un filtre HEPA	No	No	No	Oui
Système d'alerte pour détecter toute variation de pression de l'air qui n'est pas acceptable	No	No	Oui	Oui
Laboratoire hermétique pour permettre la désinfection	No	Facultatif	Oui	Oui
Conception du laboratoire pour maîtriser les vecteurs Tels que insectes, rongeurs, etc.	No	Facultatif	Oui	Oui
Laboratoire équipé de son propre matériel à pour son usage	No	No	Oui	Oui
Existence d'une cabine de sécurité microbiologique	Facultative	Facultatives	Oui	Oui (Classe III)
Système d'alimentation de secours	No	No	Facultatifs	Oui
Outils de communication avec l'extérieur, comme le téléphone "main libres" ou autre équivalent	No	No	Facultatifs	Oui
Existence de autoclave				
- accessible à la zone des laboratoires	No	No	Oui	-
- dans le laboratoire, à double entrée	-	-	Facultative	Oui
Système d'élimination des déchets				
- enregistré	No	Oui	-	-
- validé	-	-	Oui	Oui
Traitement des eaux résiduaires	No	Facultatif	Oui	Oui

1) Dans l'utilisation du prospectus, nous attirons l'attention sur les règles nationales en vigueur relatives aux prescriptions dans une zone biotechnologique. Voir aussi annexe C [1] et [2].

2) Oui: obligation

3) No: aucune obligation

4) Facultatif: A décider cas par cas s'appliquant dans la mesure dans laquelle ces obligations doivent s'appliquer.